


Qualidade em produtos para saúde



**95.433.397/0001-11**  
Insc. Est.: 90208506-87  
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS  
HOSPITALARES MACROSUL LTDA.  
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270  
ATUBA - CEP 82600-070  
CURITIBA - PR

Curitiba, 13 de setembro de 2022

**A**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA  
ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA SAÚDE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022.02

ABERTURA: 23/8/2022 AS 09h30min

**DADOS DA EMPRESA:**

**RAZÃO SOCIAL:** COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

**CNPJ:** 95.433.397/0001-11 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90208506-87 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 01 04 269.825-9

**ENDEREÇO:** RUA JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, Nº 270 - BAIRRO ATUBA - CURITIBA/PR - CEP: 82.600-070

**FONE:** (41) 2102-8344

**E-MAIL:** macrosul@macrosul.com

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO DO BRASIL AG: 3041-4 C/C: 106867-9

**DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DE ATAS/CONTRATOS:**

**NOME:** KATIA BARBOZA DE MORAES **RG:** 8.549.051-6-PR **CPF:** 061.517.519-81

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos e materiais permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde, Hospital Municipal Antônio Nery junto a Secretaria de Saúde do Município de Uruburetama.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ FABRICANTE/ MODELO/ REGISTRO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
21	1	UND	OXÍMETRO DE PULSO. Tipo de mesa com 1 sensor de 7' a 10'	MD / UTECH CO., LTD - CHINA / VS2000E / 80070219025	3.600,00	3.600,00
<b>Total da Proposta :</b>					<b>3.600,00</b>	
<i>três mil, seiscentos reais</i>						

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

**GARANTIA:** A garantia contra defeitos de fabricação para os equipamentos será mínima de 01 (um) Ano e para peças e acessórios será conforme o prazo estipulado no manual do equipamento, contados da entrega do equipamento.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 ( SESSENTA ) DIAS.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 ( TRINTA ) DIAS.

**PRAZO DE ENTREGA:** 30 ( TRINTA ) DIAS.

**FRETE SEGURO:** Por nossa conta, postos no local indicado.

**IMPOSTOS:** Todos os impostos incidentes estão inclusos no preço acima.

Declaro para os devidos fins que nos preço ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

KATIA BARBOZA DE MORAES  
MORAES:06151751981

Assinado de forma digital por  
KATIA BARBOZA DE MORAES:06151751981  
Dados: 2022.09.13 16:17:27 -03'00'

**Kátia Barboza de Moraes**  
Responsável Legal  
RG: 8.549.051-6-PR  
CPF: 061.517.519-81


41 2102 8344

macrosul.com


Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 | CEP 82600-070 | Curitiba | Paraná

Página 1 de 1






# OXÍMETRO DE PULSO DE MESA VS2000E



O Oxímetro de Pulso de Mesa MD modelo VS2000E é um equipamento para a verificação local, monitoramento ou gravação contínua não invasiva da saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (%SpO2), frequência cardíaca e força de pulso. Pode ser utilizado em hospital, ambiente clínico, assistência domiciliar e durante o transporte de emergência. O oxímetro funciona com sensores que fornecem leituras de SpO2 e frequência cardíaca em todos os pacientes, desde neonatal ao adulto.





OXÍMETRO DE PULSO DE MESA  
VS2000E

## Características

- Visor LCD colorido de 7" de alta resolução e alto contraste
- Indicação da SpO<sub>2</sub>, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências
- Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, dos valores medidos, dados cronológicos, as tendências de medição, os parâmetros de alarme e informações do paciente
- Possui 3 modos de exibição: modo dígitos grandes; modo mesa e modo gráfico
- Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis
- Possui botões frontais: liga/desliga; volume; brilho; silenciar alarme; modo de exibição; menu; botão rotativo
- Possui LEDs indicativos: funcionamento por bateria; funcionamento por energia AC; carga da bateria; silêncio de alarme; status de funcionamento
- Bateria interna recarregável de lítio
- Porta de rede para comunicação com computador
- Opções de sensores adulto, pediátrico e neonatal
- Canal de ondas pletismográficas com seleção de forma da onda e velocidade

## Especificações

### SpO<sub>2</sub>

- Faixa de leitura: 0 – 100%
- Precisão:  $\pm 2$  (leituras entre 70 – 100%)
- Indefinida (leituras abaixo de 70%)

### Frequência Cardíaca

- Faixa de leitura: 30 – 250 bpm
- Precisão:  $\pm 2\%$  ou 1 bpm (qual for maior)

### Energia de Alimentação


- Energia AC: Entrada de 100-240VAC, 47-63Hz
- Energia DC: Bateria de Lítio. Autonomia aproximada de 5 horas com carga completa. Tempo máximo de carga completa aproximadamente de 3 horas

### Dimensões

- Largura: 300 mm
- Altura: 180 mm
- Profundidade: 129 mm
- Peso: 2.05 kg

### Certificação INMETRO

- IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 60601-1-6; IEC 60601-1-8; ISO 80601-2-61



Fabricado por:  
UTECH CO., LTD  
China



Importado e Distribuído por:  
Comércio de Mat. Médicos Hosp. Macrosl Ltda.,  
CNPJ: 95.433.397.0001-11  
Curitiba - Paraná - Brasil  
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola  
CRF 21294/PR  
ANVISA: 80070219025