



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA  
URUBURETAMA-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2704.01/2020  
Processo Administrativo Nº 2304.01/2020 SMS  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA  
Data de Publicação: 28/04/2020 10:20:58

				TOTAL DO PROCESSO:	450.000,00
<b>VMI TECNOLOGIAS LTDA</b>				<b>02.659.246/0001-03</b>	<b>450.000,00</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 064	450.000,00	<b>Total: 450.000,00</b>	
em: 1	Unidade: UND	Marca: PRÓPRIA	Modelo: APOLO S		
Descrição: EQUIPAMENTO DE RAIOS X ANALÓGICO – Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 54 kW; Alimentação elétrica trifásica 220/380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 125 kV; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 500 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 6 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Bucky mural com SISTEMA DE IMPRESSÃO – Impressora de filmes a laser para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas e SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO CR MONOCASSETTE PARA RAIOS X – Descrição Geral: Sistema de radiografia computadorizada (CR). Inf. detal.: Oferecemos proposta para o item 1: EQUIPAMENTO DE RAIOS X ANALÓGICO: MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA MODELO: APOLO S PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81583780001 VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES. DADOS RADIOLÓGICOS Potência do gerador: 64 kW. Alimentação trifásica 220/380 Vac – 50/60 Hz Faixa de Variação de kV's: 40 a 150 Faixa de corrente radiográfica de 20 a 800 mA. Foco Fino: 20/50/100/160/220 mA. Foco Grosso: 280/400/500/630/800 mA. Impressora modelo 5302 DIGITALIZADOR CR 15					
Quantidade: 1		Valor Unit.: 450.000,00		Total Item: 450.000,00	

  
PREGOEIRO: LUANA MARIA BASTOS ADVINCULA